Załącznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Szczegółowa specyfikacja sprzętu ratowniczego dla służb ratownictwa wodnego – sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- , torby ratownicze R1, torby R0

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna ma na celu określenie wymagań, jakie musi spełniać sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- torby ratowniczeR1, torby R0 :

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,
- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań,

oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia na dostawę , torby ratownicze R1, torby R0, przeznaczonych do realizacji zadań ustawowych przez Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie.

III. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- torby ratownicze R1, torby R0 dla Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie przeznaczonego do działań ratowniczych, patrolowych i interwencyjnych.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia na dostawę deski ortopedyczne, torby ratownicze PSP/WOPR R1, defibrylatory AED, przeznaczonych do realizacji zadań ustawowych przez Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie.

III. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla sprzęt specjalistyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy- deski ortopedyczne, torby ratownicze R1, torby R0 dla Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie przeznaczonego do działań ratowniczych, patrolowych i interwencyjnych.

IV. WYMAGANIA STANDARDOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

1. Torby ratownicze R1 – 3 sztuki
1.1. Wymagania formalne

Wymiary :28/35/60 cm (tolerancja +/- 3 cm)
Pojemność : min 55 litrów, zapewniająca swobodne i bezpieczne rozmieszczenie całego wymaganego wyposażenia medycznego.
Materiał: odporny na uszkodzenia np. materiał powlekany PVC, Cordura lub poliester . Plecak ratowniczy musi być wykonany z materiału wodoodpornego, odpornego na intensywne opady deszczu, zachlapania oraz działanie wilgoci. Plecak musi zapewniać ochronę całego przechowywanego wyposażenia medycznego przed przedostawaniem się wody do jego wnętrza podczas użytkowania w warunkach opadów atmosferycznych. Wodoszczelność plecaka musi obejmować nie tylko materiał zewnętrzny, ale również szwy, zamknięcia oraz miejsca łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Powierzchnia zewnętrzna plecaka musi umożliwiać wielokrotne mycie i dezynfekcję środkami do tego przeznaczonymi.
Zamki i zapięcia: Zamki muszą być o podwyższonej odporności , tj. zamki spiralne lub kostkowe o szerokości taśmy minimum 8 mm, wykonane z tworzywa ABS lub nylonu o zwiększonej odporności na pękanie, wyposażone w suwaki metalowe lub metalizowane z mechanizmem auto – lock. Zamki muszą być odporne na zabrudzenia (piasek, błoto) a uchwyty suwaków umożliwiać obsługę w rękawicach . Wszystkie zamki muszą być dwukierunkowe i wszyte podwójnym szwem wzmacniającym.
Konstrukcja i transport : Wyposażony w co najmniej dwie ergonomiczne, wzmocnione rączki umieszczone na różnych bokach plecaka, umożliwiające jego transport w ręku w pionie jak i w poziomie.
Regulowany system pasów (szelek) wraz z paskiem biodrowym. Szelki wykonane z pianki EVA lub materiału równoważnego pod względem właściwości użytkowych, zapewniającego komfort użytkowania i równomierny rozkład obciążenia o grubości min. 10 mm. Regulacja długości szelek w zakresie min. 20 cm. Pas biodrowy z klamrą odporną na uderzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 179, system wentylacji pleców: panele dystansowe, siatka dystansowa 3 D mesh lub rozwiązanie równoważne, uchwyt transportowy górny o wytrzymałości min.150 kg.
Wnętrze i segregacja: Plecak wielokomorowy , który wewnątrz jest dzielona za pomocą ruchomych przegród lub dedykowanych saszetek modułowych. Moduły organizacyjne muszą posiadać możliwość wielokrotnego wyjmowania i ponownego mocowania wewnątrz plecaka. Poszczególne moduły muszą być oznaczone kolorystycznie, opisowo lub za pomocą piktogramów, umożliwiając szybką identyfikację zawartości. Miejsce na butle tlenową o pojemności min.2 litrów z certyfikatem do użytkowania tlenu medycznego, która zabezpieczona jest rzepami oraz dodatkowy rzep zapobiegający przesuwaniu się butli tlenowej. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wzajemnie kompatybilne, jeżeli ich prawidłowe użytkowanie wymaga współpracy z innymi elementami zestawu. Zestaw musi być dostarczony kompletny i gotowy do użytkowania, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. Wyposażenie każdego zestawu R1 musi zawierać co najmniej wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dnia 24 czerwca 2026 r.
Bezpieczeństwo: Plecak wyposażony w naszyte elementy i taśmy odblaskowe widoczne z każdej strony oraz oznaczenie z symbolem gwiazdy życia lub krzyża maltańskiego.
Wyposażenie : Wszystkie materiały medyczne i opatrunkowe posiadające określony termin ważności muszą mieć datę produkcji nie wcześniejszą niż 2026 rok oraz termin przydatności do użycia

wynoszący minimum 24 miesiące od dnia dostawy. Daty produkcji oraz terminy ważności poszczególnych elementów wyposażenia muszą być czytelnie oznaczone na produktach lub ich opakowaniach, jeżeli producent przewiduje takie oznaczenie Wyposażenie plecaka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy , urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.u.2020 poz.1607)

2. Zestaw ratowniczy R0 torbie - 4 sztuki
2.1 Wymagania formalne

Wymiary: 37/33/25 cm (tolerancja +/-3 cm)
Pojemność : minimum 25 litrów
Materiał: odporny na uszkodzenia, wodoodporna tkanina poliestrowa np. PVC 600 D w kolorze czerwonym
Torba o jednej komorze głównej i dwóch bocznych kieszeniach. Pas nośny odpinany, regulowany z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem. Uszy z taśmy spinane rączką. Dno torby usztywniane, zabezpieczone gumowymi stopkami .
Zestawy R0 muszą być oznakowane w następujący sposób, zgodnie z wytycznymi zamawiającego:
- naklejka w widocznym miejscu lub naszywka lub grawer lub inny trwały sposób oznakowania
- zapis „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”
- naklejki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji